

Radni nalog br: 0392-25

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 17.11.2025.

Datum: 09.01.2026.

Uređaj: Time-Laps Inkubator (12 komora)
Ser. br: 2023-5337 ESB: 249
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.01.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	09.01.2026.	001645	Servisni kit MIRI (Esco) 2	1	KOM
3	09.01.2026.	RS	Radni sati	8	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju izvršen redovni godišnji preventivni servis, sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- U prilogu radnog naloga nalaze se certifikati umjernica mjerne opreme.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	mr. sc. Dejan Ljiljak	09.01.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera