

Radni nalog br: 0408-25

Korisnik: KBC Osijek
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Datum prijave: 25.11.2025.

Datum: 25.11.2025.

Uređaj: Perilica PG 8583 CD
Ser. br: 018430108 ESB: 114
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Greška 518 (DOS)
Poruka-dopuniti sol (nema soli u spremniku!).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	26.11.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	26.11.2025.	RS	Radni sati	2	KOM
3	26.11.2025.	000474	PVC crijevo 3mm	2	KOM

Napomena serviser:

Zamjene dozirnog crijeva na DOS 1
Odzračivanje sustava doziranja 1 i 3

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 25.11.2025.
	 Jasminka Zucić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser