

Radni nalog br: 0411-25

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 27.11.2025.

Datum: 27.11.2025.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 130217 ESB: 364
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: Ne prolaze ciklusi.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.11.2025.	RS	Radni sati	1	KOM

Napomena servisera: -Nastavno na radni nalog br. 20250305/01BH. -Uzrok kvara na isparivača i Vacuum kont. ventilu je nestabilan napon mreže, uslijed čega je nastao elektronički kvar.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Marino Reljica	27.11.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera