

Radni nalog br: 0416-25

Korisnik: OB Varaždin
Adresa: Ivana Meštrovića 1, 42000 Varaždin
Datum prijave: 01.12.2025.

Datum: 09.12.2025.

Uređaj: Biološki sigurnosni kabinet
Ser. br: 24517 ESB: 664
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.12.2025.	RS	Radni sati	2	KOM
2	09.12.2025.	001197	Apsolutni filter 1220X610X457	2	KOM
3	09.12.2025.	001198	Apsolutni filter 457x610x69	2	KOM
4	09.12.2025.	VALID	Validacija sigurnosnog kabineta	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju izvršen godišnji redoviti preventivni servis , sukladno propisanom servisnom protokolu.

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 09.12.2025.
	 Martina Benkus	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera