

Radni nalog br: 0417-25

Korisnik: OB Varaždin
Adresa: Ivana Meštrovića 1, 42000 Varaždin
Datum prijave: 01.12.2025.

Datum: 09.12.2025.

Uređaj: Biološki sigurnosni kabinet II
Ser. br: 0263 ESB: 680
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.12.2025.	RS	Radni sati	1	KOM
2	09.12.2025.	001197	Apsolutni filter H14 1220X610X457	1	KOM
3	09.12.2025.	001198	Apsolutni filter H14 457X610X69	1	KOM
4	09.12.2025.	VALID	Validacija sigurnosnog kabineta	1	KOM
5	09.12.2025.	001677	Filter ploča klase G-2-ISO 16890	1	KOM
6	09.12.2025.	DEKONT	Dekontaminacija	1	KOM

Napomena serviser:

Na uređaju izvršen godišnji redoviti preventivni servis , sukladno propisanom servisnom protokolu.

Ovjerio		
Predao		Datum izvršenja
Mario Petravić	Martina Benkus	09.12.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser