

Radni nalog br: 0421-25

Korisnik: POLIKLINIKA SINTEZA d.o.o.
Adresa: Ulica Frana Folnegovića 1C, 10000 Zagreb
Datum prijave: 01.12.2025.

Datum: 05.12.2025.

Uređaj: G7831
Ser. br: 44/18385128 ESB: 653
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: REKONSTRUKCIJA

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.12.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	05.12.2025.	RS	Radni sati	6	KOM
3	05.12.2025.	002259	Protu-matica	1	KOM
4	05.12.2025.	002260	Prskalica gore	1	KOM
5	05.12.2025.	002261	Nosač prskalice	1	KOM
6	05.12.2025.	002262	Poklopac	1	KOM
7	05.12.2025.	002263	Lijevak crna	1	KOM
8	05.12.2025.	002264	Zatvorena matica	1	KOM
9	05.12.2025.	002265	Prirubnica sklop	1	KOM
10	05.12.2025.	002266	Podloška	1	KOM
11	05.12.2025.	002267	Ručka	1	KOM
12	05.12.2025.	002268	Mikro fini filter	1	KOM
13	05.12.2025.	002269	Nepovratni ventil	1	KOM
14	05.12.2025.	000471	Servisni Kit G78XX CD	1	KOM

Napomena serviseru: Nakon svih oštećenih dijelova koji su zamijenjeni uređaj je odradio testni ciklus u programu VARIO TD bez greške.

Predao Mario Petravić	Ovjerio Sunčana Horvat 0989705690 	Datum izvršenja 05.12.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru