

## Radni nalog br: 0428-25

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva  
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb  
Datum prijave: 08.12.2025.

Datum: 08.12.2025.

Uređaj: G7882 AE SST  
Ser. br: 51/74353327                      ESB: 656  
Održava: Eurokontakt  
Status: U kvaru - radi

### Opis kvara:

Greška dozirnog sustava


Ne uzima sredstvo

U dozirnoj pumpi i u crijevu je bilo dosta zraka.

Nakon ozračivanja uređaj pušten u rad na programu SPECIJAL 93. i uspješno odradio ciklus

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	08.12.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	08.12.2025.	RS	Radni sat	1	KOM
3	08.12.2025.	DI1	Dijagnostika kvara	1	KOM

### Napomena servisera:

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Diana Vukman	Datum izvršenja 08.12.2025.
--------------------------	--	--------------------------------