

Radni nalog br: 0442-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 15.12.2025.

Uređaj: ESWL SIGMA COMPACT
Ser. br: 676 ESB: 062
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Datum: 17.12.2025.

Opis kvara:

Probušen mijeh, curi voda iz uređaja

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.12.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	17.12.2025.	RS3	Radni sat 3	3	SAT
3	17.12.2025.	K1027915	Zavojnica 140	1	KOM
4	17.12.2025.	K1028835	Membrana EMSE 140 AL	1	KOM
5	17.12.2025.	K1007121	Brtva O-ring 177x1,5	1	KOM

Napomena servisera:

Kvar visokonaponske zavojnice, zamjena membrane

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Nenad Cuca	Zoran Trnčić	17.12.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera