

Radni nalog br: 0446-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 15.12.2025.

Uređaj: Vacuklav 24 BL+
Ser. br: 201624-BL 1067 ESB: 318
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Datum: 11.12.2025.

Opis kvara:

Vacum pumpa.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	11.12.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	11.12.2025.	RS	Radni sati	3	KOM
3	11.12.2025.	000730	Vacum pumpa-MELAG	1	KOM

Napomena servisera:

Zamjena vakum pumpe

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Damir Kapetanović	11.12.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera