

Radni nalog br: 0450-25

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčičeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 18.12.2025.

Datum: 16.12.2025.

Uređaj: Sterrad 100NX AC
Ser. br: 1048180068 ESB: 353
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.12.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	16.12.2025.	RS	Radni sati	10	KOM
3	16.12.2025.	05-53441-6-002	PM 2 kit 10104	1	KOM

Napomena serviseru:

- Na uređaju izvršen redoviti polugodišnji preventivni servis sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi tesovi i kalibracije prošli bez problema.
- Testni ciklus br: 2167 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Boris Slišković	16.12.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru