

Radni nalog br: 0451-25

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 19.12.2025.

Datum: 19.12.2025.

Uređaj: PLAZMA STERILIZATOR 100NX ALL CLEAR 1
Ser. br: 1047201571 ESB: 132
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PM SERVIS

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.12.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	19.12.2025.	RS3	Radni sati	7	KOM
3	19.12.2025.	05-53441-6-002	PM 2 Kit Sterrad 100NX (ASP)	1	KOM
4	19.12.2025.	27-00496-040	Crijevo, najlon 1/4_prozirno (ASP)	1	KOM
5	19.12.2025.	26-00391-043	Brza spojka, ravna 1/4 (ASP)	1	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađen polugodišnji redoviti preventivni servis, sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez problema.
- Broj ciklusa od zadnjeg servisa: 477
- testni ciklus br.: 3850 prošao bez greške, te se može kontatirati da uređaj radi ispravno.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Danica Capek	19.12.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera