

Radni nalog br: 0454-25

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 30.12.2025.

Datum: 30.12.2025.

Uređaj: PG 8582 CD
Ser. br: 184648188 ESB: 657
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška 518

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.12.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	30.12.2025.	RS	Radni sati	4	KOM
3	30.12.2025.	DI1	Dijagnostika kvara	1	KOM
4	30.12.2025.	001523	Set crijeva Peristaltička pumpa	1	KOM

Napomena servisera:

Nakon dijagnostike utvrđeno da je crijevo na dozirnoj pumpi procurilo. Nakon zamjene crijeva uređaj je odradio testni ciklus na programu BOČICE i ciklus je prošao bez greške.

Uređaj je u jamstvu

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 30.12.2025.
	 Mario Bristilo	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera